



Laboratoris

C/ Molí, 40-b
46120-Alboraia (València)

Tel/Fax: 96 185 75 11
lab.laboratoris@telefonica.net

INFORME DE ANÁLISIS N° 74293

Empresa: SOLID POWER SSD BY GEALED S.L
Dirección: Calle Senda de les Animes Poligono Ind, 205
46470 Catarroja, Valencia

Muestra analizada: GEALED SL - QBOX 88W
Fecha de recepción: 30/10/2020
Fecha de análisis: 30/10/2020 a 19/11/2020
Tipo de análisis: Análisis microbiológico. Evaluación de equipo de irradiación UV.

<i>Escherichia coli</i>		<i>Staphylococcus aureus</i>	
Inóculo inicial: 5E+07 u.f.c / mL 0,1 mL en gotas de 10 µL		Inóculo inicial: 5E+07 u.f.c / mL 0,1 mL en gotas de 10 µL	
Tiempo irradiación (minutos)	Reducción logarítmica	Tiempo irradiación (minutos)	Reducción logarítmica
15	> 5	15	> 5
10	> 5	10	> 5
7	5	7	> 5
5	4	5	> 5
2	2,6	2	2,9
1	1,5	1	2

<i>Escherichia coli</i>		<i>Staphylococcus aureus</i>	
Inóculo inicial: 5E+07 u.f.c / mL 0,1 mL desecado sobre acero inoxidable		Inóculo inicial: 5E+07 u.f.c / mL 0,1 mL desecado sobre acero inoxidable	
Tiempo irradiación (minutos)	Reducción logarítmica	Tiempo irradiación (minutos)	Reducción logarítmica
5	> 5	5	> 5
2	> 4	2	> 4
1	> 4	1	> 4
0,5	> 3	0,5	4

MÉTODOS UTILIZADOS (Procedimientos Normalizados de Trabajo de LAB Laboratoris)

Alboraia, 19/11/2020

Fdo: Laura Calzado Herreros
Directora Técnica

NOTAS:

- 1) Los resultados de este análisis sólo hacen referencia a la muestra ensayada.
- 2) Este informe no debe reproducirse parcial ni totalmente sin la autorización escrita de LAB Laboratoris, S.L.
- 3) Laboratorio autorizado por la Conselleria de Sanitat i Consum de la Generalitat Valenciana (N° LA-054) (Laboratorios de Salud Pública, regulados por el Decreto 216/1999)
- 4) Para realizar cualquier reclamación, tiene a su disposición un impreso a tal efecto que, si lo solicita, le será facilitado por LAB Laboratoris.